

20171109测试数据

HIV

样品名称	Ct	平均值 (Ct)	样品名称	Ct
	34.59			37.41
hiv-magen柱提-e2	34.83	34.04	hiv-达安柱提-e2	36.01
	32.89			35.6
	33.86			37.08
	32.02			34.02
hiv-magen柱提-e3	32.11	32.32	hiv-达安柱提-e3	33.35
	32.54			31.91
	32.6			32.54
	29.65			29.68
hiv-magen柱提-e4	29.44	29.32	hiv-达安柱提-e4	30.76
	28.99			29.39
	29.19			29.78

20171107测试数据

HBV

样品名称	Ct	平均值 (Ct)	样品名称	Ct
hbv-magen柱提e2	31.79	32	hbv-达安柱提e2	33.49
	32.21			33.46
hbv-magen柱提e3	29.45	29.23	hbv-达安柱提e3	30.53
	29.01			29.58
hbv-magen柱提e4	26.1	26.26	hbv-达安柱提e4	26.66
	26.42			26.25

HCV

样品名称	Ct	平均值 (Ct)	样品名称	Ct
	30.49			30.03
hcv-magen柱提-e3	28.21	29.5425	hcv-达安柱提-e3	28.04
	30.1			30.18
	29.37			28.43
	27.41			28.28
hcv-magen柱提-e4	28.48	27.993333	hcv-达安柱提-e4	27.68
	28.09			28.42

20171106测试数据

HBV

样品名称	Ct	平均值 (Ct)	样品名称	Ct
hbv-magen柱提e2	33.28	33.067	hbv-达安柱提e2	37.16
	32.69			35.03
	33.24			36.18
	29.98			32.35
hbv-magen柱提e3	29.97	29.9986	hbv-达安柱提e3	32.42
	30.05			32.06
hbv-magen柱提e4	26.54	26.3375	hbv-达安柱提e4	28.91
	26.14			29.25

HCV

样品名称	Ct	平均值 (Ct)	样品名称
	29.25	29.44	
	29.53	29.77	
hcv-magen柱提-e3	29.98	30.03	hcv-DAAN柱提-e3
	30.80	30.55	
		30.13965833	

	30.65	31.07		
	30.16	30.46		
	25.12	25.11		
	24.55	24.83		
hcv-magen柱提-e5	24.85	24.80	24.91830833	hcv-DAAN柱提-e5
	24.85	24.81		
	25.27	25.22		
	24.84	24.78		

平均值 (Ct)	样品名称	Ct	平均值 (Ct)
			36.03
36.52	hiv-达安试剂+magen柱子-e2		36.94
			38.89
			42.39
			35.62
32.95	hiv-达安试剂+magen柱子-e3		34.82
			35.04
			34.79
			31.23
29.9	hiv-达安试剂+magen柱子-e4		30.78
			31.24
			31.75

平均值 (Ct)

33.475

30.055

26.455

平均值 (Ct)

29.17

28.1266667

平均值 (Ct)

36.12256667

32.2749

29.08215

	Ct	平均值 (Ct)
26.67	27.00	
26.03	26.18	
29.77	29.82	
27.68	27.62	27.750025

28.53	28.50
27.42	27.78
25.09	25.29
25.09	25.19
24.72	24.83
25.13	25.19
25.29	25.06
25.19	25.26

25. 11129167

从含不同的拷贝数的HIV血浆中提取HIV病毒。 20171109

样品名称	产品品牌	Ct	平均值(Ct)	产品品牌	Ct	平均值(Ct)
含10 ² HIV的血浆	Magen R4173	34.59	34.04	达安柱提	37.41	36.52
		34.83			36.01	
		32.89			35.6	
		33.86			37.08	
含10 ³ HIV的血浆	Magen R4173	32.02	32.32	达安柱提	34.02	32.95
		32.11			33.35	
		32.54			31.91	
		32.6			32.54	
含10 ⁴ HIV的血浆	Magen R4173	29.65	29.32	达安柱提	29.68	29.9
		29.44			30.76	
		28.99			29.39	
		29.19			29.78	

从含不同的拷贝数的HBV血浆中提取HIV病毒。 20171109

从含不同的拷贝数的HIV血浆中提取HIV病毒。 20171109

样品名称	产品品牌	Ct	平均值(Ct)	产品品牌	Ct	平均值(Ct)
含10 ² HBV的血浆	Magen R4173	31.79	32	达安柱提	33.49	33.48
		32.21			33.46	
含10 ³ HBV的血浆		29.45	29.23		30.53	30.06
		29.01			29.58	
含10 ⁴ HBV的血浆		26.1	26.26		26.66	26.46
		26.42			26.25	

从含不同的拷贝数的HBV血浆中提取HCV病毒。 20171109

从含不同的拷贝数的HCV血浆中提取HIV病毒。 20171109

样品名称	产品品牌	Ct	平均值(Ct)	产品品牌	Ct	平均值(Ct)
含10 ³ HCV的血浆	Magen R4173	30.49	29.54	hcv-达安柱提-e3	30.03	29.17
		28.21			28.04	
		30.1			30.18	
		29.37			28.43	
含10 ⁴ HCV的血浆		27.41	27.99	hcv-达安柱提-e4	28.28	28.13
		28.48			27.68	
		28.09			28.42	